

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 48303-2012 z dnia 2012-02-29 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Warszawa

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa i montaż analizatora wydzielanych gazów QMS, w celu rozbudowy istniejącego analizatora termicznego NETZSCH STA 449 F3 Jupiter. Analizator wydzielanych gazów musi być w pełni kompatybilny z...

Warszawa: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż, dostawę i montaż analizatora wydzielanych gazów QMS, w celu rozbudowy istniejącego analizatora termicznego NETZSCH STA 449 F3 Jupiter.

Numer ogłoszenia: 63691 - 2012; data zamieszczenia: 20.03.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

numer ogłoszenia w BZP: 48303 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8113231, faks 022 8110906.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: jednostka badawczo-rozwojowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż, dostawę i montaż analizatora wydzielanych gazów QMS, w celu rozbudowy istniejącego analizatora termicznego NETZSCH STA 449 F3 Jupiter..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa i montaż analizatora wydzielanych gazów QMS, w celu rozbudowy istniejącego analizatora termicznego NETZSCH STA 449 F3 Jupiter. Analizator wydzielanych gazów musi być w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem termicznym NETZSCH STA 449 F3 Jupiter pod względem oprogramowania oraz elementów zapewniających sprzężenie (adapter, kapilara, kontroler temperatury) tak aby proces analizy był w pełni zsynchronizowany. Wykonawca gwarantuje spełnianie przez Analizator co najmniej następujących parametrów, charakterystyki i

wymagań, według następującej ich specyfikacji: rodzaj spektrometru: kwadropolowy; zakres: co najmniej 1-300 amu; rozdzielczość: poniżej 0.5 amu; czułość: powyżej 1 ppm; ilość kanałów: najwyżej 64; oprogramowanie analizatora wydzielanych gazów QMS musi być w pełni zsynchronizowane z oprogramowaniem Proteus posiadanego przez Zamawiającego analizatora termicznego NETZSCH STA 449 F3 Jupiter tzn. musi zapewniać jednoczesny start pomiaru całego zestawu pomiarowego oraz bezpośrednią kompilację krzywych pomiarowych TG-DSC/DTA-QMS bez użycia dodatkowego oprogramowania zewnętrznego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.54.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREM U DZIELONO ZAMÓWIENIA:

- NETZSCH Gerätebau GmbH, Wittelsbacherstr. 42, Selb, kraj/woj. Niemcy.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 350000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 369000,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 369000,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 369000,00
- **Waluta:** PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dostawa może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę z uwagi na konieczność kontynuowania standardu urządzeń, którymi dysponuje Zamawiający. Możliwość taka wynika z przyczyn obiektywnych, które znajdują swoje uzasadnienie w sytuacji faktycznej. Z uwagi na przyczyny techniczne, zamówienia nie może być zrealizowane przez innego Wykonawcę. Biorąc pod uwagę konieczność zagwarantowania w pełni kompatybilnego, z posiadanym dotychczas przez Zamawiającego analizatorem STA 449 F3 Jupiter, a także umożliwiającego przeprowadzenie w pełni zsynchronizowanego procesu termochemicznego oraz bezpośrednią kompilację krzywych pomiarowych TG-DSC/DTA-QMS bez użycia dodatkowego oprogramowania zewnętrznego, spektrometru QMS z przyczyn technicznych ww. analizator gazów jest w stanie dostarczyć tylko firma NETZSCH-Gerätebau GmHH, z siedzibą w Selb (D-95100), Wittelsbacherstr. 42.